

单一来源采购论证专家名单

项目名称：荆州市中心医院荆北院区西门子数字胃肠X线机球管更换

论证日期：2026年03月02日

姓名	身份证号码	工作单位名称	专业	技术职称	联系电话	备注
张燕	420106197205231245	沁阳市政府	医疗	中级	13871335023	
李真博	42010719802240544	青山区政府	医疗	中级	1532717808	
杨雪芳	421127196310210030	黄梅县司法局	1111	中级	15926765909	

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 张燕
	职称: 中级
	工作单位: 沁钢取防所
项目信息	项目名称: 荆北院区西门子数字胃肠 X 线机球管更换
	供应商名称: 西门子医疗系统有限公司
专业人员论证意见	<p>球管属于整机的核心部件,但是消耗品。更换球管必须保证规格型号、质量与整机设备相兼容、适应,对配件要求严格,只有使用原厂提供的球管才能确保参数与原设备完全匹配,才能确保高端设备诊断的连续性和精确性。本项目只能由西门子医疗系统有限公司提供原厂同规格同型号的球管,以保证设备的正常使用。</p> <p>根据《中华人民共和国政府采购法》第三十一条第一款“只能从唯一供应商处采购”的规定,建议使用单一来源采购方式。</p>
专业人员签字	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="text-align: center;">张燕</div> <div style="text-align: right;">日期 2026年3月2日</div> </div>

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 招守昌
	职称: 工程师
	工作单位: 艺田本草细胞制剂有限公司(退休)
项目信息	项目名称: 荆北院区西门子数字胃肠 X 线机球管更换
	供应商名称: 西门子医疗系统有限公司
专业人员论证意见	<p>本项目球管属于核心部件的消耗品, 更换球管涉及放射线辐射安全与精密设备兼容性, 并要求数字胃肠 X 线机属于大型精密设备, 对备件要求严格。只有原厂球管才能保证与主机完美匹配, 确保医疗设备的正常运行。</p> <p>本项目只能由西门子医疗系统有限公司提供原厂同型号球管。</p> <p>根据《中华人民共和国政府采购法》第三十一条“只能从唯一供应商处采购”的规定, 建议本项目单一来源采购方式。</p>
专业人员签字	<p>招守昌</p> <p>日期 2016年3月2日</p>

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 李真峰
	职称: 中工
	工作单位: 青山飞时22队
项目信息	项目名称: 荆北院区西门子数字胃肠 X 线机球管更换
	供应商名称: 西门子医疗系统有限公司
专业人员论证意见	<p>球管位于整机的核心部件,对配件要求严格,本项目只能由西门子医疗系统有限公司提供原厂同规格同型号球管。</p> <p>根据《采购法》第三十一条“只能从唯一供应商处采购”的规定,必须使用原厂球管。</p>
专业人员签字	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>李真峰</div> <div>日期 2016年3月2日</div> </div>

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。