

单一来源采购论证专家名单

项目名称：西门子 DR 机球管更换

论证日期：2026 年 01 月 06 日

姓名	身份证号码	工作单位名称	专业	技术职称	联系电话	备注
吴子	42100419900710181x	荆州市第一人民医院	医学影像	工程师	18163138181	
杨伟	421022198512216096	荆州市第二人民医院	医学影像	副高	17763089601	
马春	420402196303130521	荆州市第一人民医院	医学影像	主任医师	18972161220	

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名：无号	
	职称：工程师	
	工作单位：荆州市第一人民医院	
项目信息	项目名称：西门子 DR 机球管更换	
	供应商名称：西门子医疗系统有限公司	
专业人员论证意见	<p>球管是DR的射线发生部件，是整机的重要组成部件。更换球管必须使用原整机原厂提供的球管，以确保整机的正常运行，具有唯一性和不可替代性。</p> <p>西门子医疗系统有限公司是西门子医疗产品的唯一供应商。该球管只能从该公司购买。</p> <p>根据《政府采购货物和服务招标投标法》第三十一条规定：“采购人只能从唯一供应商处采购的，可以依法采用单一来源采购方式。”</p>	
专业人员签字	无号	日期 2015年1月6日

注：本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 梅伟	
	职称: 副主任医师	
	工作单位: 荆州市第二人民医院	
项目信息	项目名称: 西门子 DR 机球管更换	
	供应商名称: 西门子医疗系统有限公司	
专业人员论证意见	<p>1. DR球管作为重要部件,是(或部分)是目前唯一通道上西门子医疗系统有限公司独有匹配测试的球管,其技术参数必须满足原设备的技术要求。确保设备维护、保养质量及配件及时供应,保证设备使用寿命、软、硬件的整合度,具有唯一性和不可替代性。</p> <p>2. 本项目只能由西门子医疗系统有限公司提供原合同规格同型号的合同产品,保证设备正常使用。</p> <p>3. 根据《中华人民共和国政府采购法》第三十一条第一款规定“只能从唯一供应商处采购”,建议使用单一来源采购方式。</p>	
专业人员签字	梅伟	日期 2026年 1月 6日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 马青
	职称: 主任医师
	工作单位: 荆州市第一人民医院
项目信息	项目名称: 西门子 DR 机球管更换
	供应商名称: 西门子医疗系统有限公司
专业人员论证意见	<p>1. DR球管作为设备的重要组成部分, 更换球管必须使用原装和原厂总代的球管, 确保质量及兼容性, 且保证该设备的使用寿命及软、硬件的兼容性, 具有唯一性和不可替代性。</p> <p>2. 西门子医疗系统有限公司是西门子医疗产品唯一的供应商, 该球管只能从该公司获取。</p> <p>3. 根据《政府采购法》第三十条第一款规定“只能从唯一供应商采购”建议使用单一来源采购方式。</p>
专业人员签字	<p>马青</p> <p>日期 2026 年 1 月 6 日</p>

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。